



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260303001-2

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年3月自行监测(飞灰固化物)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年3月16日

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

4128030091005



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码：463000

电 话：0396-2853856

传 真：0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司飞灰暂存间的飞灰固化物进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
飞灰暂存间	含水率、总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、六价铬、总汞、总钼、总钡、总镍、总砷、总硒	1 次/天，1 天

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

总砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光光度计 AFS-933 201902005	0.10 μg/L
总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T 202002012	0.03 mg/L
总铅	固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		0.9 μg/L
总铜	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		0.02 mg/L
总镍		电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G3	3.8 μg/L
总钼	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ 760-2015	202002007	1.0 μg/L
总钡			1.8 μg/L

续表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法 HJ 930-2018	电子天平 HC-C5002	/

7 质控措施

对铜、锌、砷、铬、铍和六价铬做密码质控样，质控措施结果见表 4。

表 4 质控措施汇总表

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定
铜	密码质控样	0.393 mg/L	质控样批号 BW0612 保证值 0.398±0.21 mg/L	合格
锌	密码质控样	0.488 mg/L	质控样批号 BW0613 0.481±0.25 mg/L	合格
铬	密码质控样	1.35 mg/L	质控样批号 201632 保证值 1.32±0.06 mg/L	合格
砷	密码质控样	15.8 µg/L	质控样批号 L9F4994 保证值 15.9±1.3 µg/L	合格
六价铬	密码质控样	0.99 µg/mL	质控样批号 A963175 保证值 1.01±0.06 µg/mL	合格
铍	密码质控样	5.88 µg/L	质控样批号 79R1884 保证值 5.99±0.46 µg/L	合格

8 采样及分析人员

张贺龙、邱世芃、佑冰倩、赵梦琰、刘帅虎、孙海雨

编制人: 张贺龙 审核人: 郭 娟

签发人: 郭娟 日期: 2026年 3 月 16 日

河南黄淮检测科技有限公司
(加盖检验检测专用)

附件：采样照片

